



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w. 106
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gov.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBŚ-516/2015
z dnia 18.06.2015**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2015r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia / umowy	OL-LBŚ.910.2.2015.35
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 09.06.2015
	Numer protokołu pobrania: HK/55/15
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – L. Sosnowski
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Wodociąg wiejski w Wałowicach Stan próbki: prawidłowa
Data dostarczenia do badania	09.06.2015
Data wykonania badania	09.06.2015 – 15.06.2015

Wyniki badań					
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne ¹
			OL-806	OL-807	
Miejsce pobrania próbki:			Chlebowo- Zespół Szkół	Wałowice- SUPW	
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	0.70 ± 0.05	0.12 ± 0.01	1
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda C	mg / l Pt	< 2.0	2.7 ± 0.4	—
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.	—	< 1 Akceptowalny	< 1 Akceptowalny	—
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.	—	< 1 Akceptowalny	< 1 Akceptowalny	—
pH	PN-EN ISO 10523:20012	pH	7.6 ± 0.1	7.7 ± 0.1	6.5 – 8.5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	528 ± 5	727 ± 7	250
Stężenie azotu amonowego (w przeliczeniu na amonowy jon)	PN-C-04576-4: 1994	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.5

¹ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowaną bez uwzględnienia błędów pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Autoryzacja sprawozdania z badań

18.06.15 M. Zieliński
data i podpis

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.